

**CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE NR PL 15 001/MI-006**  
*CERTIFICATE OF EC TYPE EXAMINATION NO PL 15 001/MI006*

Wydany przez:  
*Issued by:* GŁÓWNY URZĄD MIAR  
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Jednostka  
Notyfikowana:  
*Notified Body:* 1440

Na podstawie:  
*In accordance with:* rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27, z późn. zm.) wdrażającego Dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (MID).  
*regulation of the Minister of Economy of 18 December 2006 on essential requirements for measuring instruments (implementing Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments).*

Wydano dla  
producenta:  
*Issued to manufacturer:* Barbara Uszyńska i Wojciech Uszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c. Barbara Uszyńska, Wojciech Uszyński, ul. Jarosława Iwazskiewicza 12, 48-303 Nysa, Polska

Dotyczy:  
*In respect of:* wagi automatycznej przenośnikowej o znaku WMTP  
*continuous totalizing automatic weighing instrument type WMTP*

obciążenie pomostu Max <i>maximum capacity</i>	działka sumowania d <i>totalization scale interval</i>	klasa dokładności <i>accuracy class</i>	wydajność maksymalna $Q_{max}$ <i>maximum flowrate</i>	zakres prędkości przesuwu taśmy przenośnika <i>range of speeds of the belt</i>
od 2 kg do 2000 kg	od 0,1 kg do 1000 kg	0,5	$\leq 1200$ t/h	od 0,05 m/s do 1 m/s
		1 lub/or 2	$\leq 3000$ t/h	od 0,05 m/s do 2,7 m/s

Wniosek końcowy:  
*Final statement:* waga automatyczna przenośnikowa spełnia wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27, z późn. zm.) wdrażającego Dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (MID)  
*continuous totalizing automatic weighing instrument satisfies the essential requirements set out in the regulation of Minister of Economy of 18 December 2006 on essential requirements for measuring instruments (implementing Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments)*

Data ważności:  
*Valid until:* 22.12.2025

Liczba stron: 10  
*Number of pages:*

Numer sprawy:  
*Reference number:* BMP.419.4.2015.PWi.1174

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jeśli istnieją, zawarte są w załączniku, który jest integralną częścią certyfikatu.  
*The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of the certificate.*



Warszawa, 22.12.2015

Janina Maria Popowska  
Prezes